



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас

гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 120

e-mail: [rzi@rzi-burgas.com](mailto:rzi@rzi-burgas.com)

тел.: 056 / 807302, факс 056 / 816261

site: [www.rzi-burgas.com](http://www.rzi-burgas.com)

Изх. № 25-400-1/13.05.2019 г.

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** *Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: – „Периодични доставки чрез покупка на in vitro диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология“ и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2019/2020 г.“*

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 10.05.2019 г. /петък/ писмено искане по електронна поща на РЗИ-Бургас, давам следните разяснения по условията на обществената поръчка:

#### Въпрос № 1:

*„Във връзка с обявената процедура за събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, молим да разясните какво се има предвид за продукти:*

*поз. 36 Филтър мембранен / Filtres Fioroni, PA Membranes filter 0,45 um/ d=47*

*Filtres Fioroni е производител и вероятно имате предвид точно техен продукт, или както ЗОП допуска "еквивалент"?*

*Какво означава "РА" в случая при мембранни филтри?*

*Специфичното изискване "да са подходящи за AAS" не е достатъчно за идентифициране на продукта.“*

#### Отговор:

Навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се счита добавено "или еквивалент".

Относно обособена позиция 36 „Филтър мембранен изискванията“ РЗИ-Бургас допуска „еквивалент“ при спазване на всички останали изисквания към продукта- РА Membranes filter 0,45 µm/d=47.

Обозначението „РА“ в наименованието от позицията означава материала, от който са направени филтрите.

Посоченият вид филтри следва да могат да се използват не само при изпитването тежки метали на ААS в питейни води, но и по някои физико-химични показатели. Атомно-абсорбционната спектроскопия /ААS/ е високоаналитична техника, към която задължително предявяваме строги изисквания по отношение на използвани химикали и консумативи. Ето защо към тази техника възложителя има специфични изисквания, с които участниците следва да се съобразят по отношение на изискванията към филтъра: материя, диаметър и размер на порите.

## **Въпрос № 2:**

*“Поз. 43 Система за мембранна филтрация - за пробоподготовка на води.  
Молим за по-подробно разяснение на изискванията Ви към въпросната система.”*

## **Отговор:**

Обособена позиция № 43 представлява стъклена система за филтрация на фази, изработена от високо качествено борсиликатно стъкло. Капацитета на филтрувалната фуния следва да е max 500 ml, резервоар: max 1000 ml. В работата на лабораторията при РЗИ-Бургас се използва за филтрация на води и буферни разтвори.

Характеристики към продукта:

Стъклената конструкция да се състои от конусна колба /резервоар/, опорна основа с изход за връзка с вакуум маркуч и фуния, която да не реагира с разтвора (както металните или гумените), с което минимизира замърсяването на филтрата или пробата.

Стандартна филтрувална фуния да се свързва с резервоара посредством изцяло стъклена връзка /опорна основа/. Между стъклената фунията и стъклената опорната основа да се поставя мембранния филтър. Стъклената фуния и стъклената опорната основа да се свързват посредством метална клапа /щипка/.

Продуктът да е изработен от високо качествено стъкло – борсиликатно. Равномерна дебелина. Да издържа на стерилизация при висока температура и налягане.

**Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:** /п/ \_\_\_\_\_ *(подписът е заличен съгл. ЗЗЛД)*  
Директор на Регионална здравна инспекция